



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 апреля 2021 года № РЗН 2021/14090

На медицинское изделие

Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР - "Мед ТеКо" по ТУ 32.50.50-043-56812193-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо"

(ООО "Мед ТеКо"), Россия,

141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, корп. 2

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо"

(ООО "Мед ТеКо"), Россия,

141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, корп. 2

Место производства медицинского изделия

ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский пр-кт, д. 16, корп. 2

Номер регистрационного досье № РД-39068/2340 от 27.01.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 6 листах

приказом Росздравнадзора от 22 апреля 2021 года № 3424
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0056465

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 1

На медицинское изделие

Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР - "Мед ТеКо" по ТУ 32.50.50-043-56812193-2020,

варианты исполнения:

I. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/2 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/2 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.

2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.

3. Запасные части:

3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-5, 0,5 А; 5x20, стекло - 2 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Стойка передвижная СП 1 - 1 шт (поставляется по требованию), в составе:

- ручка правая - 1 шт.;

- ручка левая - 1 шт.;

- основание - 1 шт.;

- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;

- пластина соединительная - 1 шт.;

- колесо со стопором - 4 шт.;

- винт М6x50 - 4 шт.;

- винт М4x12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;

- гайка М6 - 4 шт.;

- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

II. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/3 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/3 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.

2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.

3. Запасные части:

3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-5, 0,5 А; 5x20, стекло - 2 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Стойка передвижная СП 1 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлов

0084550

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 2

- ручка правая - 1 шт.;
- ручка левая - 1 шт.;
- основание - 1 шт.;
- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
- пластина соединительная - 1 шт.;
- колесо со стопором - 4 шт.;
- винт М6х50 - 4 шт.;
- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;
- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

III. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/4 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/4 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

2.1. Винт самонарезающий универсальный 3х30 - 2 шт.

2.2. Дюбель полипропиленовый 5х30 - 2 шт.

3. Запасные части:

3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-5, 0,5 А; 5х20, стекло - 2 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Стойка передвижная СП 2 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:

- ручка правая - 1 шт.;
- ручка левая - 1 шт.;
- основание - 1 шт.;
- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
- пластина соединительная - 1 шт.;
- колесо со стопором - 4 шт.;
- винт М6х50 - 4 шт.;
- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;
- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

IV. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/5 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 15/5 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084551

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 3

- 2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.
2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.
3. Запасные части:
3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-5, 0,5 А; 5x20, стекло - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Стойка передвижная СП 2 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:
- ручка правая - 1 шт.;
- ручка левая - 1 шт.;
- основание - 1 шт.;
- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
- пластина соединительная - 1 шт.;
- колесо со стопором - 4 шт.;
- винт М6х50 - 4 шт.;
- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;
- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.
V. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/2 - "Мед ТеКо", в составе:
1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/2 - "Мед ТеКо" - 1 шт.
2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:
2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.
2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.
3. Запасные части:
3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-7,1,0 А; 5x20, стекло - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Стойка передвижная СП 1 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:
- ручка правая - 1 шт.;
- ручка левая - 1 шт.;
- основание - 1 шт.;
- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
- пластина соединительная - 1 шт.;
- колесо со стопором - 4 шт.;
- винт М6х50 - 4 шт.;
- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084552

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 4

- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

VI. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/3 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/3 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.

2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.

3. Запасные части:

3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-7, 1,0 А; 5x20, стекло - 2 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Стойка передвижная СП 1 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:

- ручка правая - 1 шт.;

- ручка левая - 1 шт.;

- основание - 1 шт.;

- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;

- пластина соединительная - 1 шт.;

- колесо со стопором - 4 шт.;

- винт М6х50 - 4 шт.;

- винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;

- гайка М6 - 4 шт.;

- инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

VII. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/4 - "Мед ТеКо", в составе :

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/4 - "Мед ТеКо" - 1 шт.

2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:

2.1. Винт самонарезающий универсальный 3x30 - 2 шт.

2.2. Дюбель полипропиленовый 5x30 - 2 шт.

3. Запасные части:

3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-7, 1,0 А; 5x20, стекло - 2 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Стойка передвижная СП 2 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:

- ручка правая - 1 шт.;

- ручка левая - 1 шт.;

- основание - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084553

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 5

- кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
 - пластина соединительная - 1 шт.;
 - колесо со стопором - 4 шт.;
 - винт М6х50 - 4 шт.;
 - винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
 - гайка М6 - 4 шт.;
 - инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.
- VIII. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/5 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/5 - "Мед ТеКо" - 1 шт.
2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:
 - 2.1. Винт самонарезающий универсальный 3х30 - 2 шт.
 - 2.2. Дюбель полипропиленовый 5х30 - 2 шт.
3. Запасные части:
 - 3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-8, 1,25 А; 5х20, стекло - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Стойка передвижная СП 2 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:
 - ручка правая - 1 шт.;
 - ручка левая - 1 шт.;
 - основание - 1 шт.;
 - кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
 - пластина соединительная - 1 шт.;
 - колесо со стопором - 4 шт.;
 - винт М6х50 - 4 шт.;
 - винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
 - гайка М6 - 4 шт.;
 - инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

IX. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/6 - "Мед ТеКо", в составе:

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений ОБР 30/6 - "Мед ТеКо" - 1 шт.
2. Крепежные элементы для установки облучателя на стене:
 - 2.1. Винт самонарезающий универсальный 3х30 - 2 шт.
 - 2.2. Дюбель полипропиленовый 5х30 - 2 шт.
3. Запасные части:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0084514

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/14090

Лист 6

- 3.1. Вставка плавкая: ВПБ6-10, 2А; 5х20, стекло - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Стойка передвижная СП 2 - 1 шт. (поставляется по требованию), в составе:
- ручка правая - 1 шт.;
 - ручка левая - 1 шт.;
 - основание - 1 шт.;
 - кронштейн для крепления облучателя - 1 шт.;
 - пластина соединительная - 1 шт.;
 - колесо со стопором - 4 шт.;
 - винт М6х50 - 4 шт.;
 - винт М4х12 с внутренним шестигранником - 8 шт.;
 - гайка М6 - 4 шт.;
 - инструмент для сборки стойки: ключ шестигранный 6 мм - 1 шт.

№

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

А.В. Самойлова

0084555